

COSMO-COLOR- LAMPE

14 leuchtende Farben (sieben aneinandergereiht Paare von Komplementärfarben und weiss) mit den Nummern des Cosmo-Dekoders Dr.Gümbel bezeichnet, mit einem Glasfaserkabel, einer Bergkristall-Spitze zur Energetisierung der Farben und einem Ständer.

Der **COSMO-COLOR- LAMPE** ist ein universell einsetzbares Farbtherapiegerät von hoher Leistung und einem vollständigen Spektrum aller Farben mit 14 verschiedenen Farbfiltern. Er ist sowohl zur lokalen Bestrahlung mittels einer Bergkristallspitze als auch zur Flächen- Bestrahlung mittels einer Fokussierlinse (muss separat bestellt werden) hervorragend geeignet.

Die Farben werden mittels Halogen-Licht über hochwertige Spezialfilter erstellt. Das weisse Licht dient der neutralen Stimulation und kann als Träger für Sonderfilter dienen.

Das Gerät arbeitet mit **230 Volt 50/60 Hz Netzbetrieb**. Zur Inbetriebnahme muß der Netzstecker angeschlossen werden:

- 1. Gerät mit dem Netz verbinden*
- 2. Netzschalter betätigen*

Lebensdauer der Lampe ist abhängig von der Leistung

Hochleistungslampen haben eine definierte Lebensdauer. Die Lebensdauer der Lampe hängt im Wesentlichen von der angesteuerten Leistung ab. Wird die Lampe mit geringer Leistung angesteuert, so ist die Lebensdauer (das heißt garantierte Leuchtstärke) länger als bei maximaler Leistung.

Die Anwendung der Komplementärfarben

Die brillanten Farben wurde gewissenhaft nach den Forschungsergebnissen von Dr.Gümbel ausgesucht und paarweise so angeordnet dass sie zusammen in gleicher Stärke und Intensität gemischt , sich **wieder zu weissem Licht ergänzen**, und daher „**komplementär**“ genannt werden.

Jeder Klient sollte mindestens 20 Minuten bestrahlt werden und am Schluss der Behandlung mindestens 1 Minute abschliessend mit der entsprechenden Komplementär-Farbe behandelt werden (aber nicht länger, da sonst die zuvor erfahrene Farbwirkung wieder aufgehoben würde).

Wenn der Kunde z.B. die Farbe **Rot** ausgewählt hat und damit mindestens 20 Minuten bestrahlt wurde, muss er abschliessend mindestens 1 Minute mit der danebenliegenden Komplementär-Farbe **Türkis** kurz bestrahlt werden. Diese ausgleichende Farb-Behandlung wirkt sich harmonisierend auf den Klienten aus (siehe Ausbildungsangebote für Seminare zur Cosmo-Therapie von Dr.D.Gümbel).

Die Farbe wird vom Kunden selbst über den von Dr.Gümbel entwickelten COSMO-DEKODER (Farbdekoder) im Tageslicht oder unter einer Tageslichtlampe ausgesucht, da sich die Farben in schlechter Beleuchtung verändern.

Über den Drehknopf werden die Farben lautlos gemäß der ausgesuchten Farbnummer des Klienten auf dem COSMO-DEKODER DR.Gümbel eingestellt und braucht abschliessend nur auf den komplementären Farbpartner (mit Strich verbunden) umgestellt werden.

Schilder am Gerät: Typenschild, auf der Rückplatte.

Gerätekategorie: MedGV Kl. 3

Schutzklasse: IIP22 / Type: B

Leistung: 150 W , Halogen

Therapiezeit: 20 - 60 Minuten

Leistungsaufnahme: 160 V A

Schutzklasse: IP 22

Netzspannung: 110 ~ 230 V / 50/60 Hz

Sicherung : 2 A, träge

Die **COSMO-COLOR-LAMPE** wird betriebsbereit geliefert, bestehend aus:

Basisgerät, Netzkabel, Lichtleiter, Gebrauchsanweisung, Lichtleiter-Ständer inklusive einer lichtbrechenden handgeschliffene **Bergkristall-Spitze zur Energetisierung der Farbstrahlen.**

Garantie-Leistung:

Der Hersteller REIMERS & JANSSEN übernimmt **2 Jahre Garantie für die Cosmo-Color-Lampe**, wenn das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung mit größter Sorgfalt und gemäß der gesetzlichen **Bestimmungen betrieben wurde.** Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder eine von R&J zugesagte Werkstatt ausgeführt werden, da sonst die Garantie erlischt.

Verschleißteile (z.B. die Halogenbirne) unterliegen nicht der Garantie.

Die Reinigung des **COSMO-COLOR-STRAHLER** kann mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln erfolgen. Bitte beachten Sie, daß zur Reinigung der Kunststoffteile Kunststoffreiniger, Seife oder Alkohol verwendet werden sollen, keine scharfen oder ätzenden Mittel (z.B. Aceton). Unbedingt zu vermeiden ist daß Flüssigkeit in das Gehäuse dringt.

Die Halogenbirne benötigt Kühlung, deshalb ist für eine gute Luftzufuhr zu sorgen! Die Lebensdauer der Birne (150 W) ist begrenzt und richtet sich nach der Dauer der gesamten Bestrahlungszeit.

Auswechseln der Birne:

1. Netzstecker abziehen.
2. Lösen der 4 Schrauben an der Rückseite und Deckel abnehmen.
3. Lampengehäuse entfernen.
4. Die Birne aus der Führung nehmen und vom Stecker lösen.

Hersteller



LASER

REIMERS & JANSSEN GmbH
Medical Technology / Laser Technology

Frohnacker 8
79297 Winden
Germany

Tel. +49-7682-6558 +49-30-28384020
Fax +49-7682-6640 +49-30-28385022

service@rj-laser.com
www.rj-laser.com

Information

BIO-COSMETICS S.A.R.L., Dr.Dietrich Gümbel
10 Rue Dr. Albert Schweitzer, F-68140 Gunsbach/Elsass

Tel.: ++33-389-770724
Fax: ++33-389-772633

www.cosmotherapy.de
Dr.Guembel@wanadoo.fr

- Die COSMO-THERAPIE – eine sinnvolle Behandlung -